

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π 12/2016



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Θηβών 46-48
Τ.Κ. : 185 43 Πειραιάς

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ημερ. : 12/7/2016
Αρ. : Π12/2016
(Αριθμ. πρωτ. 30930/12-7-2016)

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Α. Πυθαροπούλου
Τηλέφωνο 213 – 2004 278
Fax : 213 – 2004 292
Email : pitharopoulou@2dype.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π12/2016

1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.)
3. Τις διατάξεις του Ν.2889/01 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του Ν. 3204/03 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»
5. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
6. Το Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α') "Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις".
7. Το Π.Δ. με αριθμό 60/07 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
8. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α' /2010) « Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη ».
9. Το Ν. 3580/07 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν. 3867/2010 άρθρο 27, παρ. 11
11. Το Ν. 3863/10 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
12. Το Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π 12/2016

13. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4238/2014 με τις οποίες τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε. αποτελούν δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4238/2014 με τις οποίες οι οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες αναλαμβάνουν από 1-1-2015 της πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.
15. Λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
16. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 27647/17-6-2016 εισήγηση της ΔΟΟΥ
17. Την υπ' αριθμ. Πρωτ.27656/17-6-2016 Απόφαση της Διοικήτριας σχετικά με την έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για ανάδειξη μελών επιτροπών διενέργειας και ενστάσεων και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και της παρούσας διακήρυξης.
18. Την υπ' αριθμ. 29422/4-7-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ :6ΤΘΝ469Η2Ξ-ΕΡΠ).

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια συστήματος ψηφιοποίησης για το ΠΕΔΥ Μ.Υ. Πειραιά (πρώην Υγειονομική Μονάδα Οίκου Ναύτου) αρμοδιότητας της 2^{ης} ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης **45.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 2^{ης} Δ.Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου, **Θηβών 46-48 Πειραιάς, στις 26/7/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..**

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Πρωτόκολλο της 2^{ης} Δ.Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου, Θηβών 46-48 Πειραιάς, μέχρι την **25/7/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ..**

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το ζητούμενο δικαιολογητικό συμμετοχής είναι υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι προμηθευτές να δηλώνουν ότι: α) Αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης και β) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί, **με ποινή απόρριψης.**

Επίσης στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί η αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερομένων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς, με ποινή απόρριψης.

2. Αντικείμενο του διαγωνισμού αυτού είναι η προμήθεια συστήματος ψηφιοποίησης για το ΠΕΔΥ Μ.Υ. Πειραιά (πρώην Υγειονομική Μονάδα Οίκου Ναύτου) αρμοδιότητας της 2^{ης} ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3. Προδιαγραφές του είδους επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα 1).

4. Η τιμή θα περιλαμβάνει την εφάπαξ παράδοση του είδους και συγκεκριμένα στο κτήριο ΠΕΔΥ Μ.Υ. Πειραιά κτίριο πρώην Υγειονομικής Μονάδας Οίκου Ναύτου (Παλαιολόγου 15 Πειραιάς) εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή **της σχετικής σύμβασης με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% της συνολικής αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α.**

5. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Οι προσφορές να ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης, **με ποινή απόρριψης.**

6. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες, με αντίγραφα υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

7. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με την παράδοση των ειδών

8. Προβλεπόμενη πίστωση σαράντα πέντε χιλιάδες € (**45.000,00€**) **συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.**

10. Οι κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή.

11. Οι προσφορές θα υποβάλλονται χωριστά ως εξής :

- Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα τοποθετηθεί η το ζητούμενο δικαιολογητικό συμμετοχής (Υπεύθυνη δήλωση), **με ποινή απόρριψης.**

- Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, θα τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία, με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ εις διπλούν, **με ποινή απόρριψης.**

- Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, θα τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ εις διπλούν **με ποινή απόρριψης.**

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π 12/2016

Στην αποσφράγιση των φακέλων (δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών), που θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα, δικαιούνται να παρίστανται οι συμμετέχοντες προμηθευτές ή οι εντεταλμένοι εκπρόσωποί τους .

12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :

A. 1) Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού παραλαβής και καλής λειτουργίας του μηχανήματος, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού, με την προϋπόθεση της προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

2) Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

B.- Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:

i) Υπέρ Ψυχικής Υγείας παρακράτηση ποσοστού 2% επί της αξίας των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3580/2007.

ii) Υπέρ ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 0,1% ΕΑΑΔΗΣΥ.

iii) Παρακράτηση 4% για προκαταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.2198/94.

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις στα πλαίσια καλής λειτουργίας των ειδών, από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ α.α.
ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Γ. Σύστημα Υπολογιστικής Ακτινογραφίας και Ξηράς Εκτύπωσης Τύπου Γ'

Για κεντρικά Κέντρα Υγείας και Μονάδες ΠΕΔΥ με δυνατότητα μαστογραφίας

Να αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα:

1. Σαρωτή Κασετών Φωσφόρου
2. Κασέτες με πινακίδα Φωσφόρου
3. Σταθμός Επισκόπησης και Επεξεργασίας Εικόνας
4. Εκτυπωτής Φιλμ
5. Σύστημα Ψηφιακών Ανιχνευτών

1. ΣΑΡΩΤΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ 3)

A/A	Προδιαγραφή	Όριο
1.1	Να είναι συμβατός με όλα τα ακτινολογικά μηχανήματα	ΝΑΙ
1.2	Να έχει δυνατότητα παραγωγής κασέτας διαστάσεων 35 X 43 εκατοστών.	≥ 60 κασέτες/ώρα
1.3	Να έχει διακριτική ικανότητα ανάλυσης για εξετάσεις κλασικής ακτινογραφίας	≥ 10 pixels/mm
1.4	Να έχει διακριτική ικανότητα ανάλυσης για εξετάσεις Μαστογραφίας	≥ 20 pixels/mm
1.5	Να έχει αρχιτεκτονική βάθους (data acquisition)	≥ 12 bit/pixel
1.6	Να έχει διακριτική ικανότητα αντίθεσης προς εκτύπωση	≥ 12 bit/pixel και ≥4096 διαβαθμίσεις του γκρι

1.7	Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θέση για τη σάρωση της κασέτας. Να υποστηρίζει τη σάρωση κασετών με πινακίδα φωσφόρου	ΝΑΙ
1.8	Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης κασετών για τη ταυτοποίηση ασθενούς και εξέτασης	ΝΑΙ
1.9	Να καταλαμβάνει μικρό χώρο για την εγκατάσταση. Να αναφερθεί το μήκος, πλάτος και ύψος του.	ΝΑΙ
1.10	Να υποστηρίζει τα παρακάτω μεγέθη κασετών <ul style="list-style-type: none"> ▪ 35Χ43 εκ. (14"χ17") Ακτινογραφίας ▪ 24Χ30 εκ. (10"χ 12") Ακτινογραφίας ▪ 18Χ24 εκ. (8"χ10") Ακτινογραφίας ▪ 24Χ30 εκ. (10"χ 12") Μαστογραφίας ▪ 18Χ24 εκ. (8"χ10") Μαστογραφίας ▪ 15Χ30 εκ. Ορθοπαντοτομογραφίας 	ΝΑΙ
1.11	Να είναι τελευταίας τεχνολογίας, νέο και αμεταχείριστο.	ΝΑΙ
2. ΚΑΣΕΤΕΣ		
Α/Α	Προδιαγραφή	Όριο
2.1	Οι κασέτες του συστήματος είναι συμβατές με τον σαρωτή κασετών φωσφόρου. Να αναφερθεί το είδος της πλάκας φωσφόρου που χρησιμοποιείται και ο μέγιστος αριθμός χρήσεων προς αξιολόγηση. Επίσης να αναφερθεί η χρονική διάρκεια της εγγύησης που	ΝΑΙ

	προσφέρει ο κατασκευαστής για τη πλάκα φωσφόρου. Θα εκτιμηθεί θετικά μεγάλος αριθμός χρήσεων ώστε να μειωθεί το οικονομικό κόστος αντικατάστασης τους λόγω φθοράς από φυσιολογική χρήση τους.	
2.2	<p>Να προσφερθούν οι παρακάτω κασέτες</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Τέσσερις (4) 35Χ43 εκ. (14"χ17") Ακτινογραφίας ▪ Τρεις (3) 24Χ30 εκ. (10"χ 12") Ακτινογραφίας ▪ Δύο 18Χ24 εκ. (8"χ10") Ακτινογραφίας ▪ Τέσσερις (4) 24Χ30 εκ. (10"χ 12") Μαστογραφίας ▪ Τέσσερις (4) 18Χ24 εκ. (8"χ10") Μαστογραφίας ▪ Μία (1) 15Χ30 εκ. πανοραμικής 	ΝΑΙ
2.3	Να έχει την δυνατότητα αναβάθμισης της μαστογραφίας με τεχνολογία βελονοειδούς φωσφόρου ή dual side reading για την επίτευξη DQE τουλάχιστον 40%.	
3. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 3)		
A/A	Προδιαγραφή	Όριο
3.1	<p>Να διαθέτει δύο σταθμούς επισκόπησης και επεξεργασίας .</p> <p>Ο πρώτος να διαθέτει υπολογιστή, οθόνη, ποντίκι και πληκτρολόγιο (κονσόλα χειρισμού) για την</p>	ΝΑΙ

	<p>προεπισκόπηση των εικόνων και εισαγωγή δημογραφικών στοιχείων ασθενών ενσωματωμένο ή ανεξάρτητο από το σαρωτή.</p> <p>Το υλικό του σταθμού (Hardware) να είναι μεγάλης υπολογιστική ικανότητας με τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Σύγχρονο ισχυρό επεξεργαστή τουλάχιστον 3 GHz ή υψηλότερο, ▪ Μνήμη RAM 4 GB, ▪ Μονάδα CD/DVD-RW, ▪ Σκληρό Δίσκο 500 GB ή μεγαλύτερο HD, ▪ Λειτουργικό σύστημα Windows Professional® εν ενεργεία υποστηριζόμενης έκδοσης <p>Να κατατεθούν στη προσφορά τα πιστοποιητικά CE και ISO του κατασκευαστή του Η/Υ του σταθμού</p>	
3.2	Ο βασικός σταθμός να διαθέτει επίπεδη οθόνη τουλάχιστον 19" και ανάλυση οθόνης για την επισκόπηση των εικόνων η οποία να αναφερθεί.	ΝΑΙ
3.3	Να διαθέτει λογισμικό για:	ΝΑΙ

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Επεξεργασία και Προεπισκόπηση Εικόνων ▪ Δημιουργία Πρωτόκολλου Εξετάσεων και Προβολών ▪ Δυναμικό Εύρος Έκθεσης (ανάδειξη οστικής δοκίδωσης και μαλακών μορίων) ▪ Ανάδειξη υποεκτεθειμένων εικόνων- Μείωση Θορύβου ▪ Εφαρμογή μαύρου πλαισίου γύρω από την εικόνα ▪ Ανίχνευση και καταστολή της εμφάνισης των γραμμών του αντιδιαχυτικού διαφράγματος. ▪ Εκτύπωση πολλαπλών εικόνων σε ένα μόνο φιλμ/Πραγματικό Μέγεθος Εκτύπωσης ▪ Περιστροφή- Αντικατοπτρισμό/ Μεγέθυνση/ Ηλεκτρονική Περικοπή Εικόνας ▪ Μέτρηση Αποστάσεων και Γωνιών ▪ Επιλογή και Ταξινόμηση Εικόνων με κριτήρια ▪ Επεξεργασία Πληροφοριών Ασθενούς και Εξετάσεων ▪ Γραφική ένδειξη δόσης ακτινοβολίας ή λογισμικό παρακολούθησης δόσης που χρησιμοποιήθηκε ▪ Εισαγωγή Σχολίων, Ενδείξεων και Ελεύθερου Κειμένου 	
--	--	--

3.4	Να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με Λογισμικό Απεικόνισης Μακρών Οστών.	ΝΑΙ
3.5	Το Λογισμικό Επεξεργασίας και Προεπισκόπησης των Εικόνων να διαθέτει ελληνική επιφάνεια εργασίας καθώς επίσης να υποστηρίζει την εγγραφή στοιχείων στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα μέσω αλφαριθμητικού πληκτρολογίου για την εισαγωγή δεδομένων ασθενών.	ΝΑΙ
3.6	<p>Να διαθέτει άδειες για :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Να μεταφέρει εικόνες σε δίκτυο μέσω πρωτοκόλλου DICOM 3.0 και να εκτυπώνει σε σύστημα ξηρής εκτύπωσης φιλμ. ▪ Να εγγράφει εικόνες σε CD με ενσωματωμένο πρόγραμμα θέασης των εικόνων και σε DVD για την μακρόχρονη αρχειοθέτηση τους. ▪ Σύνδεση τουλάχιστον Δύο (2) χρηστών μέσω Διαδικτύου για την επισκόπηση εικόνων εντός και εκτός του Νοσοκομείου είτε στη βασική σύνθεση είτε με επιπλέον πρόγραμμα. ▪ Σύνταξη και αποθήκευση γνωματεύσεων. ▪ Δυνατότητα Εισαγωγής Δημογραφικών Δεδομένων από Η/Υ άλλον από αυτόν του κυρίου σταθμού (δυνατότητα προς 	ΝΑΙ

	επιλογή) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Αποθήκευση των αρχείων DICOM σε σύστημα PACS ▪ Δυνατότητα σύνδεσης με Πληροφοριακό Σύστημα Ακτινολογικού RIS 	
3.7	Να διαθέτει λειτουργίες παραμετροποίησης και αναφοράς βλαβών μέσω απομακρυσμένης διαχείρισης για την άμεση υποστήριξη του.	ΝΑΙ
3.8.	Ο δεύτερος σταθμός εργασίας να διαθέτει ιατρική διαγνωστική οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 5 MP , η οποία να είναι 21 ιντσών τουλάχιστον ,καθώς και κατάλληλη κάρτα γραφικών που να υποστηρίζει την δοθείσα ανάλυση . Να διαθέτει αυτόνομο υπολογιστή με αντίστοιχο λογισμικό πακέτο για την επεξεργασία της ακτινολογικής εικόνας με ποντίκι και πληκτρολόγιο (κονσόλα χειρισμού). Να είναι επώνυμου κατασκευαστή και να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο 4πύρηνο επεξεργαστή , μνήμη τουλάχιστον 4GB και σκληρό δίσκο 1 TB	
4. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΙΛΜ (ΤΕΜΑΧΙΑ 3)		
A/A	Προδιαγραφή	Όριο
4.1	Να είναι καταγραφικό σύστημα εκτύπωσης φιλμ σε πλήρες φως ημέρας, χωρίς χημική επεξεργασία	ΝΑΙ

	(ξηρής εκτύπωσης), κατά προτίμηση Laser, κατάλληλο για σύνδεση με τον σαρωτή και τον σταθμό επεξεργασίας εικόνας.	
4.2	Να διαθέτει τουλάχιστον 3 τροφοδότες φιλμ για ταυτόχρονη εκτύπωση μεγέθους 35Χ43 εκ. (14"Χ17") Ακτινογραφίας, 24Χ30 εκ. (10"Χ 12") Ακτινογραφίας και 24Χ30 εκ. (10"Χ 12") Μαστογραφίας.	ΝΑΙ
4.3	Να διαθέτει ανάλυση της εικόνας σε όλες τις διαστάσεις φιλμ τουλάχιστον 500 ppi (pixels per inch). Μεγαλύτερη ανάλυση να αναφερθεί προς αξιολόγηση για τυχόν σύνδεση του συστήματος μελλοντικά με συστήματα που απαιτούν μεγαλύτερη διαμόρφωση.	ΝΑΙ
4.4	Να έχει δυναμικότητα εκτύπωσης τουλάχιστον 100 φιλμ/ώρα στη διάσταση 35Χ43 εκ. (14"Χ17") Ακτινογραφίας	ΝΑΙ
4.5	Να έχει εσωτερική διαμόρφωση 12 bit και οι διαβαθμίσεις του γκρι να είναι τουλάχιστον 4096. Μεγαλύτερη διαμόρφωση να αναφερθεί προς αξιολόγηση για τυχόν σύνδεση του συστήματος μελλοντικά με συστήματα που απαιτούν μεγαλύτερη διαμόρφωση.	ΝΑΙ
4.6	Να τυπώνει μέσω δικτύου Ethernet TCP/IP	ΝΑΙ
4.7	Να υποστηρίζει πρωτόκολλο DICOM 3.0	ΝΑΙ
4.8	Να καταλαμβάνει μικρό χώρο για την εγκατάσταση. Να αναφερθεί το μήκος,	ΝΑΙ

	πλάτος και ύψος του.	
4.9	Να διαθέτει οθόνη επικοινωνίας με τον χρήστη με προτιμητέα γλώσσα τα ελληνικά.	ΝΑΙ
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ 6)		
A/A	Προδιαγραφή	Όριο
5.1	Ο ψηφιακός ανιχνευτής να είναι τεχνολογίας τύπου flat panel και το υλικό του σπινθηριστή να είναι από Γαδολίνιο.	ΝΑΙ
5.2	Να είναι συμβατός με όλα τα ακτινολογικά μηχανήματα. Να επιτρέπει τη μεταφορά του από τον ορθοστάτη στο τραπέζι και αντίστροφα χωρίς τροποποιήσεις	ΝΑΙ
5.3	Να έχει δυνατότητα προεπισκόπησης της εικόνας σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα	ΝΑΙ
5.4	Να έχει δυνατότητα επισκόπησης της εικόνας σε πλήρη ανάλυση σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα	ΝΑΙ
5.5	Να έχει διακριτική ικανότητα ανάλυσης το μέγιστο 150 μm	ΝΑΙ
5.6	Να έχει αρχιτεκτονική βάθους 12 bit τουλάχιστον.	ΝΑΙ
5.7	Να μεταδίδει ασύρματα την εικόνα στον σταθμό επισκόπησης και επεξεργασίας	ΝΑΙ
5.7	Το βάρος του να είναι λιγότερο από 3.5 κιλά για την εύκολη μεταφορά του	

5.8	Να αναφερθεί το μέγιστο βάρος που μπορεί να υποστηρίξει ο ανιχνευτής για ελεύθερες λήψεις	
5.9	Να είναι τελευταίας τεχνολογίας, νέο και αμεταχείριστο.	
5.10	Η ηλεκτρική τροφοδοσία να πραγματοποιείται μέσω μπαταρίας για αυτονομία και την αποφυγή ατυχημάτων λόγω ύπαρξης καλωδίων στο χώρο της εγκατάστασης. Να αναφερθεί η αυτονομία της μπαταρίας, η χρονική διάρκεια για τη πλήρη φόρτιση κάθε μπαταρίας. Το σύστημα να προσφερθεί με τουλάχιστον τρεις μπαταρίες.	
5.11	Ο σταθμός επισκόπησης και επεξεργασίας της εικόνας να αποτελείται από υπολογιστή, οθόνη, ποντίκι και πληκτρολόγιο.	
5.12	<p>Οι δυνατότητες επεξεργασίας της εικόνας με το λογισμικό πρόγραμμα του σταθμού να είναι:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ρύθμιση αντίθεσης και φωτεινότητας. ▪ Βελτίωση Αντίθεσης και Ευκρίνειας. ▪ Μείωση Θορύβου Εικόνας- Απόρριψη Παρασίτων. ▪ Εφαρμογή μαύρου πλαισίου γύρω από την εικόνα. ▪ Ανίχνευση και καταστολή της 	

	<p>εμφάνιση των γραμμών του αντιδιαχυτικού διαφράγματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών λήψεων από σε ένα μόνο φιλμ. ▪ Εισαγωγή ενδείξεων. Αναγραφή Σχολίων. ▪ Περιστροφή και Επιλογή Μεγέθυνσης Εικόνας. ▪ Αποστολή προς εκτύπωση. ▪ Αποστολή προς Σύστημα Αρχαιοθέτησης Εικόνων. 	
5.13	<p>Ο σταθμός να υποστηρίζει τη λήψη εικόνων από δύο διαφορετικούς ανιχνευτές στον ορθοστάτη και στο ακτινολογικό τραπέζι αντίστοιχα. Για κάθε σταθμό να προσφερθούν δύο ανιχνευτές.</p>	
5.14	<p>Να αναφερθεί ο τρόπος μετάδοσης των δεδομένων από τον ανιχνευτή στον σταθμό για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών</p>	

Β./ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας, με έτος πρώτης κυκλοφορίας να αναγράφεται.
2. Το προσφερόμενο πανοραμικό μηχάνημα θα συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα του για πλήρη λειτουργία και θα παραδοθεί εγκατεστημένο σε λειτουργία στους χώρους που θα υποδείξει το Π.Ε.Δ.Υ
3. Μετά την πλήρη εγκατάσταση του μηχανήματος η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας με χρήση ειδικών διατάξεων ελέγχου (phantoms), έτσι ώστε από την επιτροπή παραλαβής να γίνει η οριστική παραλαβή του μηχανήματος.
4. Τα μηχανήματα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου την οποία επίσης εγγυάται για την εφαρμογή της η προμηθεύτρια εταιρεία, για δύο έτη, με πλήρη αποκατάσταση των βλαβών που εμπίπτουν στα πλαίσια της εγγύησης σε εύλογο χρονικό διάστημα και με κάλυψη όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος.
Επίσης τυχόν αναβαθμίσεις του μηχανήματος σε υλικό ή λογισμικό που θα εκδώσει η κατασκευάστρια εταιρεία, και θα αφορούν την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία του μηχανήματος στα πλαίσια της εγγύησης καλής λειτουργίας, θα προσφερθούν και θα υλοποιηθούν δωρεάν.
5. Η προμηθεύτρια εταιρία δεσμεύεται ότι μετά το πέρας του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας οποιεσδήποτε αναβαθμίσεις που εκδίδει η κατασκευάστρια εταιρεία και θα αφορούν την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία του μηχανήματος θα προσφέρονται δωρεάν στο Π.Ε.Δ.Υ.
6. Τα μηχανήματα καλύπτονται από υποστήριξη σε παροχή τεχνικών υπηρεσιών και ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. Η υποχρέωση αυτή αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής αλλά και της εταιρίας.
7. Η προμηθεύτρια εταιρεία αμέσως μετά την οριστική παραλαβή του μηχανήματος θα πραγματοποιήσει εκπαίδευση, για όσο χρόνο απαιτηθεί, στους μεν γιατρούς και το προσωπικό του τμήματος για την χρήση του μηχανήματος, στους δε τεχνικούς του νοσοκομείου για τη συντήρηση.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π 12/2016

8. Παράλληλα μαζί με την οικονομική προσφορά και τις τεχνικές προδιαγραφές θα προσφερθεί ετήσια σύμβαση συντήρησης για μετά το πέρας της εγγύησης με και χωρίς ανταλλακτικά. Το παραπάνω προσφερόμενο συμβόλαιο συντήρησης θα είναι στην ευχέρεια του Π.Ε.Δ.Υ να τεθεί σε εφαρμογή ή όχι.

9. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού τους, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή καθώς και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. και τα προσφερόμενα είδη διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με τον νόμο (Κ.Υ.Α. ΔΥ7/2480/1994 κ.λ.π.).

10. Οι προμηθευτές που διακινούν τα ανωτέρω μηχανήματα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. Ε3/833/99 <<Καθορισμός συστήματος ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων >> Φ.Ε.Κ. Β'1329/29-6-1999), όπως ισχύει. Επί ποινή αποκλεισμού, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης πρέπει να κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.

11. Με την εγκατάσταση του μηχανήματος θα παραδοθούν στο Π.Ε.Δ.Υ

- Οδηγίες χρήσης μεταφρασμένες στα Ελληνικά.
- Εγχειρίδιο συντήρησης μεταφρασμένο στα Ελληνικά.
- Ηλεκτρονικά / Ηλεκτρολογικά σχέδια του μηχανήματος
- Κατάλογο ανταλλακτικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΘΗΒΩΝ 46-48 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 2^{ΗΣ} Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ**ΚΑΙ ΤΗΣ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ για το ΠΕΔΥ Μ.Υ. Πειραιά (πρώην Υγειονομική Μονάδα Οίκου Ναύτου) αρμοδιότητας της 2^{ης} ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 5 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 11 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Στον Πειραιά σήμερα την/.....του έτουςοι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Η 2^η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ που εδρεύει στον Πειραιά 18543, Θηβών 46 – 48 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

Και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία που εδρεύει στην οδό....., Τ.Κ. έχει αριθμό φορολογικού μητρώου, υπάγεται στη ΔΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.....της εταιρείας, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο ανάδοχος».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμδιακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για το έργο «συστήματος ψηφιοποίησης» για το ΠΕΔΥ Μ.Υ. Πειραιά (πρώην Υγειονομική Μονάδα Οίκου Ναύτου) αρμοδιότητας της 2^{ης} ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου»
2. Την με αρ. πρωτ. προσφορά του αναδόχου όπως υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.
3. Την υπ' αριθμ απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον ανάδοχο.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:**ΑΡΘΡΟ 1^ο : ΟΡΙΣΜΟΙ**

Αντίκλητος. Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής και του Νοσοκομείου με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφο, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Προμήθεια: Προμήθεια συστήματος ψηφιοποίησης, όπως εξειδικεύεται στη σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την παραλαβή των ειδών (τμηματική – οριστική).

Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη σύμβαση.

Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: Η με αρ. πρωτ. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη διακήρυξη, γ) την προσφορά του αναδόχου.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «συστήματος ψηφιοποίησης» για το ΠΕΔΥ Μ.Υ. Πειραιά (πρώην Υγειονομική Μονάδα Οίκου Ναύτου) αρμοδιότητας της 2^{ης} ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου»

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της με αριθμ. πρωτ. διακήρυξης με Νο Π..... και την υπ' αριθμ απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π 12/2016

Τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχειριστά.

Τα παραπάνω είδη φέρουν όλες τις ιδιότητες που περιγράφονται στην τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου καθώς επίσης και στις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διακήρυξης (Π.....) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.

Η συνολική αξία των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό τωνμη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (.....συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Οι παραπάνω τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αυξητική αναπροσαρμογή λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της. Μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να παραληφθεί το μηχάνημα από τη Μονάδα Υγείας.

Η παράδοση του είδους θα γίνει στο κτήριο ΠΕΔΥ Μ.Υ. Πειραιά κτίριο πρώην Υγειονομικής Μονάδας Οίκου Ναύτου (Παλαιολόγου 15 Πειραιάς) εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της ανακοίνωσης κατακύρωσης με μέριμνα ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (έως 13:00) μετά από γραπτή παραγγελία που θα δίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Η παράδοση θα γίνει εφάπαξ.

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το έργο ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων των άρθρων 35 και 36 της παρούσας διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π 12/2016

Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της συμβατικής προμήθειας. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του είδους με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07 και με τα παρακάτω:

- Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συνολικού τιμήματος ή των υπηρεσιών που καθυστερούν.
- Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.
- Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07.
- Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.
- Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η συνολική αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό όπως αυτό καταγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π 12/2016

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του κάθε Νοσοκομείου.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος χωρίς ΦΠΑ), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

- α) 2‰ (Ν.3580/07 υπέρ Ψυχικής Υγείας)
- β) 0,10% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και
- γ) στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% σύμφωνα με το εδαφ.στ παρ. 1 άρθρου 55 του Ν. 2238/94

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό.....εγγυητική επιστολή της.....Τράπεζας, ποσού.....ευρώ (.....€) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος(το λιγότερο 2(δύο) ετών και μίας εβδομάδας από την υπογραφή της σύμβασης), η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π 12/2016

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την πάροδο δύο ετών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και το πέρας της διάρκειας της εγγύησης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή / και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σε περίπτωση προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης.

Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του μηχανήματος. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη. Στην πλήρη εγγύηση περιλαμβάνεται υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, ώστε το μηχάνημα να βρίσκεται πάντοτε σε κατάσταση λειτουργικής ετοιμότητας (απαράβατος όρος).

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την προμήθεια.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την πορεία καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π 12/2016

4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρωσης τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το συμβατικό είδος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π 12/2016

Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και πιθανολογούμενη διάρκειά της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει /λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για την προμήθεια που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσα σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύστημα ψηφιοποίησης – ολοκληρωθεί η εκπαίδευση ,γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η με αρ. πρωτ.διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, η με αρ. πρωτ..... κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- A) Η παρούσα σύμβαση
- B) Ο κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
- Γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
- Δ) Η προσφορά του αναδόχου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π 12/2016

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ.....Τ.Κ.
.....τηλ:.....fax

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Επί διαφωνίας κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται ωστόσο για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύστημα προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συντάχθηκε το παρόν σε τρία πρωτότυπα, εκ των οποίων δύο έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Ανάδοχος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗ 2^η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας:

Κατάστημα:

(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. – fax)

Ημερομηνία Έκδοσης

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ.....

ΓΙΑΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.....ΟδόςΑριθμόςΤ.Κ.....] ή [Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α).....οδός.....αριθμός.....Τ.Κ.

β).....οδός.....αριθμός..... Τ.Κ.

γ).....οδόςαριθμός..... Τ.Κ.

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας]

και μέχρι του ποσού των ευρώ.....για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό..... που αφορά στο διαγωνισμό της.....με αντικείμενο «.....» συνολικής αξίας....., σύμφωνα με τη με αριθμό.....διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π 12/2016

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π 12/2016

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ▪ **Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας**

ΕΚΔΟΤΗΣ.....

Ημερομηνία έκδοσης.....

Προς: 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΘΗΒΩΝ 46-48, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αρ. για ευρώ.....

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός Αριθμός Τ.Κ.}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) οδός αριθμός Τ.Κ.

β) οδός αριθμός Τ.Κ.

γ) οδός αριθμός Τ.Κ.

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},

και μέχρι του ποσού των ευρώ..... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά συνολικής αξίας σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π 12/2016

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)